

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Eliminate	Terumo	Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը ` 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ` 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ` 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ` 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ` 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ ` 40սմ, աշխատող սեգմենտը ` RX= 23սմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: :







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2022/16-45-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Eliminate	Terumo	Аспирационный катетер, дистальный размер не более 1,7 мм, проксимальный размер не более 1,4 мм, площадь вытяжения не менее 0,79 кв. мм, в проксимальной части - менее 0,95 кв. мм. входной профиль не более 0,019 ", гидрофильное покрытие не менее 40 см, рабочий сегмент не более RX = 23 см. Формат: шт. CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайнер мере 70% полного срока годности на момент доставки.