

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Extra Floppy	Terumo	<p>Պետական պատվերով ստեղծված մատակարարության ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ուղղորդիչ լար: Ուղղորդիչ լարը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է: Ծայրի զսպանակը պլատինից է, զսպանակի մնացած մասը՝ չժանգոտվող պողպատից: Չսպանակին անցումը նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի քաշը՝ 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին՝ 2մմ, պատված է սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝ 180սմ, տրամագիծը՝ 0.014^o 0.36մմ: Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայություն : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p> <p style="text-align: center;">:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2022/16-45-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	Extra Floppy	Terumo	<p>Направляющий шнур, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Направляющий шнур должен иметь гидрофильное покрытие. Пружина кончика должна быть изготовлена из платины, остальная часть пружины - из нержавеющей стали. Пружинный переход должен быть никель-титановым со специальным покрытием из политетрафтороэтиленом (PTFE). Вес кончика - не более 0,6 грамма. Переход шнура на кончик не более 2 мм, должен быть покрыт силиконом. Длина шнура - не менее 180 см, диаметр $0,014 \pm 0,36$ мм. Сегмент шнура должен быть изготовлен из нержавеющей металла. CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайнер мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p>