

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/4-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Shandong Medical	Gel & clot activator	Ստերիլ վակուումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-+30 աստիճան ջերմություն: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակուումային փորձանոթ հելով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊՁԲ-2022/4-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
62	Shandong Medical	Gel & clot activator	Ստերիլ վակուժային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-+30 աստիճան ջերմություն: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակուժային փորձանոթ հելով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: