

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/4-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	5ml PET vacuum tube with gel & clot activator, 13x100mm	Chongqing new world Trading co. LTD	Ստերիլ վակուումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-+25 աստիճան ջերմություն: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակուումային փորձանոթ հելով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայություն: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/4-9-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
62	5ml PET vacuum tube with gel & clot activator, 13x100mm	Chongqing new world Trading co. LTD	Стерильные вакуумные пробирки для получения сыворотки(с гелем), емкость 5мл, размеры 13x100мм.Выделение сыворотки при 1200-1800 оборот/10мин.Условия хранения- при температуре +4-25 С°. Формат -1шт вакуумная пробирка с гелем. Должна быть новой не использованной. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества для любого количества доставляемого товара.На момент доставки товара наличие по крайней мере 1/2 срока годности от общего срока.