

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	DrGEM Corporation	Jade-40, DrGEM Corporation	Jade-40	DrGEM Corporation	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ) 4 կՎտ խողովակի լարման միջակայք (կՎ) 40~120 կՎ, յուրաքանչյուր քայլը 1կՎ խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ) 10~100 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.1~250 մԱվ Անոդի ջերմունակությունը` 56,000ՋՄ ֆոկալ բիծ (մմ) փոքրը` 0.5մմ, մեծը` 1.5մմ

Ընդհանուր ֆիլտրում 2մմ AI
կոլիմատորը ներառյալ Կոլիմատոր
Անընդհատ կարգավորում խաչաձև
ցուցիչով` պատկերի ստացման
դիրքը որոշելու համար (պտտման
ֆունկցիայի ընտրանքով)
Լիցքավորման ժամանակ` 3ժ:
Սպասողական ժամանակ 8ժ:
Գեներատորի եռոտանի կանգնակ:
Գեներատորի պտտման անկյուն
Հորիզոնական` 360 աստիճան,
Ուղղահայաց` 360 աստիճան:
Դյուրակիր և տեղափոխման
հարմար պարկով: Դետեկտոր
Ընկալիչի տեսակ ցեզիումի յոդիդ:
Պիքսելի չափ 150 մկմ Պիքսելի
մատրիցա 2784×2887 Տարածական
լուծելիություն` 3.6 lp/mm
Լիցքավորված մարկտոցով
աշխատանքի մասքիմալ ժամանակը
` 8ժ: Թվային պատկերների
ստացման ծրագրային ապահովում
Ներառում է անհատականացված
ինտերֆեյս, պացիենտի գրանցում,
պատկերի ստացում և մշակում,
կտրում, նեգատիվ, պատկերի
շրջում, պտտում, խոշորացում,
մեկնաբանում, շարժում,
ցուցաբերում, պատկերի

պատուհանի
լայնության/մակարդակի
կառավարում, DICOM պատկերի
փոխանցում, աշխատանքային
ցուցակի կազմում,
վիճակագրություն և հերթագրում
Թվային պատկերի ստացում,
աշխատանքային կայան (նոութբուք)
Էկրանի չափ՝ 15-դյույմ, CPU: Intel
Core i5, Օպերատիվ հիշողություն՝
4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի
հիշողություն՝ 500ԳԲ, Արտադրողի
կողմից նախապես տեղադրված
Թվային պատկերների ստացման
ծրագրային ապահովմամբ: Հատուկ
ճամպրուկ՝ գեներատորի,
դետեկտորի և նոութբուքի
միաժամանակյա տեղավորման
համար: Աքսեսուարներ (առնվազն)
Դյուրակիր ռենտգեն գեներատոր
(հնարավորության դեպքում
ներկառուցված մարտկոցով),
Ռենտգեն գեներատորի կանգնակ,
Հարթ պանելային դետեկտոր, Կոշտ
պլաստիկից ճամպրուկ՝
գեներատորի, դետեկտորի և
նոութբուքի միաժամանակյա
տեղավորման համար: Նոութբուք՝
թվային պատկերի ստացման

ծրագրային ապահովմամբ,
Էքսպոզիցիայի հեռակառավարման
վահանակ , Էլեկտրոնային բանալի,
Լիցքավորիչ AC հոսանքի լար,
Շահագործման ձեռնարկ: Այլ
պայմաններ` 12 ամիս երաշխիք
սպասարկում սերտիֆիկացված
ինժեների կողմից` այդ թվում
ռենտգենյան խողովակի համար:
Երաշխիքային սպասարկման
ընթացքում արտադրողի կողմից
հաստատված ժամանակացույցով
պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման
աշխատանքների իրականացում`
սերտիֆիկացված ինժեների կողմից
ամբողջ համակարգի,
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
սերտիֆիկացված մասնագետի
կողմից Սարքը նոր է,
չօգտագործված և արտադրված ոչ
ուշ քան մատակարարման օրվանից
12 ամսվա ընթացքում Որակի
վկայականներ (առկայություն) ISO
13485, ISO 9001:2015, CE Mark
(Directive 93/42/EEC): Սարքի
առաքումը և տեղադրումը
մատակարարի կողմից`
պատվիրատուի կողմից նշված
հասցեով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔЦΠΩР-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					