

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/366 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sonoscape	Sonoscape E3	E3	Sonoscape	"Շարժական /դյուրակիր/ ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուլգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմոլկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման

ուլորտներ. Որովայնային,  
մանկաբարձություն, վահանագեղձ  
և կրծքագեղձի  
հետազոտություններ,  
տրանսկրանիալ, սրտի  
հետազոտություններ,  
կմախքամկանային, փոքր  
մասնիկների և անոթներ դուպլեքս  
հետազոտություններ: Ցուցադրման  
Էկրան. Բարձր թողունակության  
գունավոր շեղուկ-բյուրեղային` 15.6  
դույմ Սկանավորման մեթոդներ`  
Էլեկտրոնային կոնվեքս,  
Էլեկտրոնային գծային, Պատկերման  
ռեժիմներ` 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի  
ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ,  
իմպուլս և անընդհատ ալիքային  
ռեժիմ PW/CW, գունավոր դոպլեր  
(CDI), հյուսվածքային և գտված  
հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI),  
Էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված  
Էներգետիկ դոպլեր  
պատկերավորում (PDI/DPDI),  
Հյուսվածք-կախյալ  
պատկերավորում (TSI),  
տրապեցանման պատկերավորում:  
Ցուցադրման ռեժիմների  
համակցում. 256 մոխրագույնի  
մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B

+ CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B +  
CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B +  
CDI + CW, B + PDI + CW ԷԿԳ  
առկայություն Հարմոնիկ  
պատկերավորում - բոլոր տվիչների  
հետ ակտիվացման  
հնարավորություն Յուրաքանչյուր  
տվիչի և սկանավորման  
յուրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք  
ընտրովի հաճախականություններ  
Անհատական ռեժիմներում  
պատկերի ստացման ալգորիթմի  
օպտիմալացման և աղմուկի  
նվազեցման հնարավորություն  
Անատոմիական կառուցվածքների  
հայտնաբերումը բարելավելու  
համար օպտիմալացման  
առկայություն Տրապեցանման  
պատկերավորում բոլոր գծային  
տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի,  
անոթների, կմախքա-մկանային և  
վահանագեղձի պատկերավորման  
ռեժիմներում կիրառման համար  
Տվիչի միաժամանակ միացման  
համար ակտիվ կոնեկտոր - 3  
Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական,  
բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,  
վերև / ներքևի պատկերավորում B  
ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում

կարգավորվող խորությունը՝ 40 սմ  
Պատկերի խոշորացում 10 անգամ  
Դինամիկ տիրույթը՝ 180 դբ  
Հյուսվածքային պատկերավորման  
օպտիմիզացիայի առնվազն 4  
տեսակ (օրինակ՝ ճարպ, մկան,  
հեղուկ, նորմալ): Ավտոմատ  
օպտիմալացման առկայություն  
Իմպուլս-ալիքային ռեժիմում  
արագության միջակայք, 0,01-12 մ /  
վ Դիրքի և ծավալի կարգավորում  
Իմպուլս ալիքային դոպլերի համար,  
0,8-20 մմ Անընդհատ ալիքային  
դոպլեր ռեժիմում արագության  
միջակայք՝ 0,01-40 մ / վ Չափումներ  
և հաշվետվություններ. Բոլոր  
ստանդարտները B, M և դոպլեր  
ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ,  
կրծքագեղձ, սրտաբանություն,  
գինեկոլոգիա, մանկաբարձական,  
մանկաբուժական, փոքր մասեր,  
վահանագեղձ, տրանսկրանիալ,  
անոթային, ստանդարտ  
կենսաչափության  
հաշվետվություններ և  
օգտագործողի կողմից ընտրովի  
հաշվետվություններ, բոլոր  
հաշվետվությունները ավտոմատ  
կերպով պահվում են համակարգում

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕУՀԱՊԶԲ-22/366՝ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ավտոնոմիայի ժամանակը՝ 1.5 ժամ, Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց Տվիչների լրակազմ. Էլեկտրոնային կոնվեքս. Հաճախականությունը 1-ից 7 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ Էլեկտրոնային գծային. Հաճախականությունը 4-ից 16 ՄՀց Բացվածքը՝ 50 մմ Արտարականակալ տվիչ 1-6 ՄՀց, Բացվածքը՝ 90 աստիճան

Պարագաներ: Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական հատկանիշները լրացուցիչ պարագաները՝ սարքավորման ամբողջական գործարկման համար Այլ պայմաններ Սարքը կոնքրետ, չօգտագործված և արտադրված մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

					<p>Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 9001:2015 CE Mark (Directive 93/42/EEC) FDA Սարքի առաքումը և տեղադրումը կկատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:"</p>
--	--	--	--	--	--