

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 58 | Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու | Anti-TG Ab | DRG inter. | Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995, Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 58 | Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու | Anti-TG Ab | DRG inter. | <p>Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995, Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:</p> |