

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Հ/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Jade-40	Jade DRGEM Corporation	Jade-40	DRGEM Corporation	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ)՝ 4 կՎտ, Խողովակի լարման միջակայք (կՎ)՝ 40-120 կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ)՝ 10~100 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.1~250 մԱվ: Անոդի ջերմունակությունը՝ 56,000ՋՄ ֆոկալ բիծ (մմ)՝ փոքրը՝ 0.5մմ, մեծը՝ 1.5մմ

Ընդհանուր ֆիլտրում՝ 2մմ AI
կոլիմատորը ներառյալ, Կոլիմատոր՝
անընդհատ կարգավորում խաչաձև
ցուցիչով՝ պատկերի ստացման
դիրքը որոշելու համար (պտտման
ֆունկցիայի ընտրանքով):
Գեներատորի կանգնակ, Անիվների
առկայություն, Գեներատորի
պտտման անկյուն 360° X/Y
առանցքի շուրջ: Հարթակ
սուղաբուրի համար Հեշտ
կառավարվող և տեղաշարժվող:
Դետեկտոր Ընկալիչի տեսակ
ցեզիումի յոդիդ, Պիքսելի չափ 150
մկմ, Պիքսելի մատրիցա 2784x2887
Տարածական լուծելիություն՝ 3.6
lp/mm, Լիցքավորված մարկտոցով
աշխատանքի մասքիմալ
ժամանակը՝ 8ժ, սպասման
ռեժիմում՝ 8 ժամ: Թվային
պատկերների ստացման ծրագրային
ապահովում, Ներառում է
անհատականացված ինտերֆեյս,
պացիենտի գրանցում, պատկերի
ստացում և մշակում, կտրում,
նեգատիվ, պատկերի շրջում,
պտտում, խոշորացում,
մեկնաբանում, շարժում,
ցուցաբերում, պատկերի

պատուհանի
լայնության/մակարդակի
կառավարում, DICOM պատկերի
փոխանցում, աշխատանքային
ցուցակի կազմում,
վիճակագրություն և հերթագրում
թվային պատկերի ստացում,
աշխատանքային կայան (նոութբուք)
Էկրանի չափ՝ 15-դյույմ, CPU: Intel
Core i5, Օպերատիվ հիշողություն՝
4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի
հիշողություն՝ 500ԳԲ, Արտադրողի
կողմից նախապես տեղադրված
թվային պատկերների ստացման
ծրագրային ապահովմամբ: Այլ
պայմաններ՝ 12 ամիս երաշխիք,
սպասարկում սերտիֆիկացված
ինժեների կողմից՝ այդ թվում
ռենտգենյան խողովակի համար:
Երաշխիքային սպասարկման
ընթացքում արտադրողի կողմից
հաստատված ժամանակացույցով
պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման
աշխատանքների իրականացում՝
սերտիֆիկացված ինժեների կողմից
ամբողջ համակարգի,
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
սերտիֆիկացված մասնագետի
կողմից: Սարքը նոր է,

				<p>չօգտագործված և արտադրված մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 9001:2015, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦДЦПДР-2022/2/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					