

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	ДС-ИФА-ТИРОИД- АНТИ-ТГ	ДС-ИФА-ТИРОИД- АНТИ-ТГ	ООО «НПО ‘Диагностич еские системы’	Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից` 0.995, Չգայունությունը` 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՈԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲԱԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
58				