ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Վիննո	Վիննո	Ա6	Վիննո	Շարժական /դյուրակիր/ ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը: Սարքը պետք է ունենա բարձր թողունակությամբ գունավոր 15'' LED էկրան Պետք է ունենա տվիչների միաժամանակ միացման ներկառուցված 2 տեղի հնարավորություն Կիրառման ոլորտներ . Ընդհանուր

						հետազոտություններ, որովայնային, մանկաբարձություն, վահանաձև գեղձի և կրծքագեղձի հետազոտություններ, սրտի հետազոտություններ, կմախքամկանային, փոքր օրգանների, առաջին բուժօգնության և ինտենսիվ խնամքի հետազոտություններ: Պետք է ունենա (հատկություններ)՝ Քառաճառագայթ ստացման և ընդունման ալիքներ՝ ուլտրաձայնային ճառագայթների լիարժեք ստացման համար: Կրկնապատկում ավանդական մեթոդներից ստացվող ազդանշանների ծավալը՝ մեծացնելով պատկերի լուծաչափը ՝ ստեղծելով ավելի ճշգրիտ պատկերներ: Տալիս է կադրերի ավելի բարձր արագություն՝ ապահովելով ավելի լավ ախտորոշիչ վստահություն և արդյունավետություն: Էլաստորգրաֆիայի հնարավորություն՝ իրական ժամանակում ցուցադրում է հյուսվածքների խստությունը՝ բժիշկներին լրացուցիչ ախտորոշիչ

						տեղեկատվություն տրամադրելու համար, երբ սկանավորում են օրգանները, ինչպիսին են լյարդը, կրծքագեղձը կամ արգանդը: Ներդաշնակ պատկերման նորարարական տեխնոլոգիա, որն օգտագործում է բազմաթիվ փոխանցման և ընդունման մեթոդներ՝ հիմնված հիվանդի չափի և քաշի վրա: Սա թույլ է տալիս պահպանել պատկերի լուծաչափը ավելի մեծ հիվանդներին պատկերելիս: Ինտիմայի ավտոմատ հետագծման և չափման հնարավորություն: Q-պատկեր՝ այս նորարարական ալգորիթմները զգալիորեն ուժեղացնում են պատկերի բարելավման արդյունքները: Super needle ֆունկցիայի հնարավորություն, որի միջոցով բժիշկները կարող են տեսնել ավելի պարզորոշ արդյունք հյուսվածքային հետազոտությունների համար: Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները (ռեժիմ)՝ B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD, DPD(ուղղորդված էներգետիկ դոպլեր) Դուպլեքս, տրիպլեքս, տրապեզոդիալ , Chroma

					B/M/PW, Super needle (հնարավորություն), 2D steer, Auto IMT, HIP Graf, DICOM(հնարավորություն): Տվիչները (ոչ պակաս քան)՝ Կոնվեքսային տվիչ՝ հաճախականությունը ոչ պակաս քան 2.0-6.8ՄՀց: Գծային տվիչ՝ հաճախականությունը ոչ պակաս քան 4.0-15.0 ՄՀց Սրտային տվիչ՝ հաճախականությունը ոչ պակաս քան 1.5-5.3 ՄՀց: Սարքի քաշը պետք է լինի ոչ ավել քան 8կգ Լարումը պետք է լինի 220 Վ / 50 Հց Պարագաներ՝ Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները սարքավորոման ամբողջական գործարկման համար Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Առնվազն՝ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք , CE կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Винно	Винно	A6	Винно	Мобильная/портативная/ультразвуковая система, оборудованная с передовыми технологиями, такими как полностью цифровое широкополосное формирование луча, многоканальная параллельная обработка, цветовой допплер. Устройство должно иметь мощный цветной 15-дюймовый светодиод. дисплей: Должны быть встроены 2 места для одновременного подключения датчиков Области применения. Общий осмотр, абдоминальный, акушерский, обследование

						щитовидной железы и молочных желез, сердца исследования, скелет, малые органы, первые исследования в области медицины и интенсивной терапии. Должен иметь (особенности): Четырехкратный прием и прием волн: ультразвуковой для полного охвата излучения. Удвоение сигналов от традиционных методов объем, увеличивая разрешение изображения, создавая более точную картинки. Обеспечивает более высокую частоту кадров для повышения достоверности и эффективности диагностики. Возможность эластографии в реальном времени отображает жесткость тканей дополнительно к врачам для предоставления диагностической информации при сканировании органов, таких как печень, грудь или матка. Инновационная технология гармонического изображения, которая использует несколько методов передачи и приема: в зависимости от роста и веса пациента. Это позволяет

						сэкономить разрешение изображения при визуализации крупных пациентов. Возможность автоматического отслеживания и измерения интима. Q-Image, эти инновационные алгоритмы значительно улучшают результаты улучшения изображения. Функция «суперигла» позволяет врачам видеть более четкие результаты исследования тканей. Должен иметь как минимум следующие функции (режим): B, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PD, DPD (направленный энергетический допплер) Дуплекс, триплекс, трапециевидный, Chroma B/M/PW, суперигла (опция), 2D-управление, Auto IMT, HIP Graf, DICOM (опция). Датчики (не менее): Выпуклый датчик, частота не менее 2,0-6,8 МГц. Линейный датчик: частота не менее 4,0-15,0 МГц Кардиодатчик: частота не менее 1,5-5,3 МГц. Вес устройства должен быть не более 8 кг. Напряжение должно быть 220 В / 50 Гц. Аксессуары: В комплект входят все необходимые аксессуары для полноценной работы оборудования

					Устройство должно быть новым, неиспользованным Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент, CE или аналог