

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GE	GE Healthcare	<p>GE Healthcare արտադրության Logiq F8 մոդելի ուլտրաձայնային համակարգի օրիգինալ կոնվեքսային տվիչ: Կոնվեքս տվիչ՝ նախատեսված որովայնի օրգանների, մագիստրալ անոթների համար:</p> <p>Հաճախականությունների միջակայքը/տիրույթը/ ոչ պակաս, քան՝ 2,0 – 5,0 մՀց: Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս, քան՝ 128: Սքանավորման տարածքի լայնությունը ոչ ավել, քան՝ 65x17 մմ: Էկրանի վրա ցուցադրվող B-ռեժիմի կենտրոնական հաճախականությունների քանակը ոչ պակաս, քան՝ 4: Սքանավորման անկյան փոփոխությունը՝ ±58 °: Բիոպսիայի ադապտերի միացման հնարավորություն: Տվիչը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրումը և հետագա սպասարկումը իրականացվելու է GE Healthcare ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս, համապատասխան արտադրողի շահագործման պայմանների: Տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը</p>

			<p>բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Արժեքն իր մեջ ներառում է նաև փոխարինման ենթակա խափանված տվիչի վերադարձը տվիչն արտադրող կազմակերպությանը: Վերադարձի կազմակերպումը և կատարումն իրականացվելու է մատակարարի կողմից և իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/16-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			