

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 72 | GE | GE | GE HealthCare | <p>GE Healthcare արտադրության GE Versana Premier ուլտրաձայնային համակարգի օրիգինալ գծային տվիչ: Գծային տվիչ՝ պերիֆերիկ անոթների, մակերեսորեն տեղակայված օրգանների ու կառուցվածքների և պեդիատրիկ հետազոտությունների համար: Հաճախականությունների տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 4.2-12.0ՄՀց: Սկանավորվող տարածքի լայնությունը ոչ պակաս, քան՝ 38սմ: Սկանավորման առավելագույն խորությունը ոչ պակաս, քան՝ 12սմ: Ճառագայթի առավելագույն շեղումը ոչ ավել, քան՝ +/-12°: Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս, քան՝ 192: Տվիչը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրումը և հետագա սպասարկումը իրականացվելու է GE Healthcare ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մոնտաժը, կարգավորումները, անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս, համապատասխան արտադրողի շահագործման պայմանների: Տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/16-4-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 72 | | | | |