

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/15-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Controlset RF II	Roche Diagnostics	<p>Precicontrol RF ստուգիչ հեղուկ Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ մակարդակ 1՝ 2 x 1մլ, և մակարդակ 2՝ 2 x 1մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Precicontrol RF օրիգինալ ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման՝ պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացվում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/15-5-ЕПРЗ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44			