

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	GT-XSZ-107BNA	Greetmed	<p>Լաբորատոր մոնոկուլյար մանրադիտակ. Օպտիկական գլխիկ՝ Մոնոկուլյար, 30՝ թեքություն, 360՝ հորիզոնական պտույտով, (բինոկուլյար գլխիկով փոխարինելու հնարավորություն): Օկուլյարներ՝ Լայնադաշտ WF 10X/18 մմ (WF 16X/18 մմ փոխարինելու հնարավորություն) Հետադարձ Օբյեկտիվների ռեվոլվեր՝ 4 օբյեկտիվի համար Օբյեկտիվներ՝ Ախրոմատ DIN օբյեկտիվներ, գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (զսպանակով), 100x/1.25-Յուղ (զսպանակով) Աշխատանքային հարթակ՝ Երկշերտանի մեխանիկական 132x142 մմ (± 5%), աշխատանքային տիրույթը 75x40 մմ (± 5%) Ֆոկուսավորում՝ Կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ, ֆոկուսավորման արգելակման հանգույց Կոնդենսոր՝ Abbe կոնդենսոր, ո.Ա. 1, 2, իրիս դիաֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորում՝ S LED, լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Մետաղյա Էրգոնոմիկ մարմին հենված ռետինե ոտնակներին Ներկառուցված սնուցման բլոկ՝ 110V-240V Մատակարարվում է իմմերսիոն յուղ-1 սրվակ, կապույտ+կանաչ ֆիլտրներ,</p>

			<p>լրացուցիչ ապահովիչներ-2 հատ, պաշտպանիչ պատյան Չափսերը՝ 170x310x355 մմ ($\pm 5\%$): Նոր չօգտագործված Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղիսը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
41	GT-XSZ-107BNA	Greetmed	<p>Լաբորատոր մոնոկուլյար մանրադիտակ. Օպտիկական գլխիկ՝ Մոնոկուլյար, 30՝ թեքությամբ, 360՝ հորիզոնական պտույտով, (բինոկուլյար գլխիկով փոխարինելու հնարավորություն): Օկուլյարներ՝ Լայնադաշտ WF 10X/18 մմ (WF 16X/18 մմ փոխարինելու հնարավորություն) Հետադարձ Օբյեկտիվների ռեվոլվեր՝ 4 օբյեկտիվի համար Օբյեկտիվներ՝ Ախրոմատ DIN օբյեկտիվներ, գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (զսպանակով), 100x/1.25-Յուղ (զսպանակով) Աշխատանքային հարթակ՝ Երկշերտանի մեխանիկական 132x142 մմ ($\pm 5\%$), աշխատանքային տիրույթը 75x40 մմ ($\pm 5\%$) Ֆոկուսավորում՝ Կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ, ֆոկուսավորման արգելակման հանգույց Կոնդենսոր՝ Abbe կոնդենսոր, ո.Ա. 1, 2, իրիս դիաֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորում՝ S LED, լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Մետաղյա Էրգոնոմիկ մարմին հեևված ռետինե ոտնակների Երկառուցված սնուցման բլոկ՝ 110V-240V Մատակարարվում է իմմերսիոն յուղ-1 սրվակ, կապույտ+կանաչ ֆիլտրներ,</p>

			<p>լրացուցիչ ապահովիչներ-2 հատ, պաշտպանիչ պատյան Չափսերը՝ 170x310x355 մմ ($\pm 5\%$): Նոր չօգտագործված Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>
--	--	--	--