

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	CF-10	Daihan	<p>Մինի ցենտրիֆուգը օգտագործվում է տարբեր տեսակի նմուշներից էքստրատ եւ նստվածք ստանալու, կենսաբանական նմուշների ստեղծման, ՊՇՌ նմուշների արագ նստեցման համար: Պետք է ունենա ռոտորի 8 դիրք և հատուկ ռոտոր ՊՇՌ (0.2 - 2 մլ) փորձանոթների համար: Ռոտորի սեղմակը՝ հեշտ տեղադրվող և փոխարինվող: Պետք է աշխատի անաղմուկ և ունենա հաստատուն արագություն: Նվազագույն արագությունը՝ 5000 պտ/ր, առավելագույն արագությունը՝ 7000 պտ/ր, RCF-ը՝ առավելագույնը 2650x g, նվազագույնը 1350xg: Տարողունակությունը՝ 0.2/0.5/1.5/2.0/մլ x8; 8x4x0.2մլ (ՊՇՌ փորձանոթների համար): Ռոտորը՝ 8x2/1.5մլ ռոտոր (0.2մլ և 0.5մլ ադապտոր), 8x4x0.2մլ ՊՇՌ փորձանոթների համար: Հզորությունը՝ առնվազն 20Կ: Լարումը՝ 220-240Կ լարման, 50-60Հգ հաճախականության Սարքի աղմուկության աստիճանը առավելագույնը՝ 45 դ/բ: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսոք ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
45	CF-10	Daihan	<p>Մինի ցենտրիֆուզը օգտագործվում է տարբեր տեսակի սմուլշներից էքստրատ եւ սստվածք ստանալու, կենսաբանական սմուլշների ստեղծման, ՊՇՌ սմուլշների արագ սստեցման համար: Պետք է ունենա ռոտորի 8 դիրք և հատուկ ռոտոր ՊՇՌ (0.2 - 2 մլ) փորձանոթների համար: Ռոտորի սեղմակը՝ հեշտ տեղադրվող և փոխարինվող: Պետք է աշխատի անադմուկ և ունենա հաստատուն արագություն: Նվազագույն արագությունը՝ 5000 պտ/ր, առավելագույն արագությունը՝ 7000 պտ/ր, RCF-ը՝ առավելագույնը 2650x g, նվազագույնը 1350xg: Տարողունակությունը՝ 0.2/0.5/1.5/2.0/մլ x8; 8x4x0.2մլ (ՊՇՌ փորձանոթների համար): Ռոտորը՝ 8x2/1.5մլ ռոտոր (0.2մլ և 0.5մլ ադապտոր), 8x4x0.2մլ ՊՇՌ փորձանոթների համար: Հզորությունը՝ առնվազն 20Կ: Լարումը՝ 220-240Կ լարման, 50-60Հգ հաճախականության Սարքի ադմուկության աստիճանը առավելագույնը՝ 45 դ/բ: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը:</p>