

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Խտաչափ (Densitometer)	Գրանտ (Grant)	ԴԵՆ-1Բ (DEN-1B)	Գրանտ Բիո Ինկ. (Grant bio Inc.)	Չափման միջակայքը՝ 0.3 - 15.00 ±3% McF, Ալիքի երկարություն (λ): 565 ± 15 նմ, Չափման ժամանակը՝ 1վրկ Չափերը՝ 75 x 115 x 165մմ Տուբայի արտաքին շառավիղը՝ 18մմ, D16 ադապտերով՝ 16մմ Լույսի աղբյուր - LED/0.1 McF 3 × AA մարտկոցներ: Ներառված արտաքին սնուցման ստանդարտ աղբյուսար՝ փոփոխական հոսանքի մուտք 120-230 Վ, 50/60Հց, Ելք՝ հաստատուն հոսանք, 12Վ MacFarland -ի 5 ստանդարտներ օգտագործման կալիբրովկայի համար (16մմ խողովակ՝

					0,5/1,0/2,0/3,0/4,0 McF) Երաշխիքը 1 տարի
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-БЦХЦГРР-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Плотномер Densitometer	Grant	DEN-1B	QGrant bio Inc.	Диапазон измерений: 0,00-15,00 МсF, Длина волны ( $\lambda$ ): 565 $\pm$ 15 нм, Время измерения: 1сек, Размеры: 75 x 115 x 165мм Внешний диаметр тубы 18мм, с адаптером D16- 16мм Источник света- LED/0.1 МсF Внешний источник питания: Вход переменного тока 120-230 В, 50/60 Гц, Выход постоянного тока 12 В. 3 x батарейки типа «AA» Стандарты MacFarland: набор из 5 стандартов для пользовательской калибровки (трубки 16 мм, 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0 МсF) Гарантия 1 год