

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	medflator	medflator	<p>Օդամղիչ սարք հավաքածու սրտաբանական, որը բաղկացած է՝ բարձր ճնշման եռակոմպոնենտ ինֆյատոր սարքից (օդամղիչ), 20cc ներարկիչով, առավելագույն ճնշումը՝ 30 բարել, հեմոստատիկ Y-կոնսեկտորից, որը սեղմակ տիպի է, զսպանակային մեխանիզմով աշխատող՝ մեկ հպումով աշխատելու համար, վաերի բռնիչից պտտելու համար (պտտող սարք), ինտրոդյուսերի փականից, երկարացման ճկուն միացումից՝ եռուղիով:</p> <p>Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	medflator	medflator	<p>Օդամղիչ սարք հավաքածու սրտաբանական, որը բաղկացած է՝ բարձր ճնշման եռակոմպոնենտ ինֆյատոր սարքից (օդամղիչ), 20cc ներարկիչով, առավելագույն ճնշումը՝ 30 բարել, հեմոստատիկ Y-կոննեկտորից, որը սեղմակ տիպի է, զսպանակային մեխանիզմով աշխատող՝ մեկ հպումով աշխատելու համար, վաերի բռնիչից պտտելու համար (պտտող սարք), ինտրոդյուսերի փականից, երկարացման ճկուն միացումից՝ եռուղիով:</p> <p>Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p>