

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	TR-BAND	TR-BAND	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ռադիալ զարկերակի փակիչ - Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը ոչ պակաս, քան՝ 13մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը ոչ ավել, քան՝ 18մլ: Կախված վիրահատվող հիվանդի դաստակի չափերից ռադիալ զարկերակի փակիչի պահանջվող չափերն են՝ սովորական (M չափսի) և L-չափսի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	TR-BAND	TR-BAND	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ռադիալ զարկերակի փակիչ - Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նմինալ օդի ծավալը ոչ պակաս, քան՝ 13մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը ոչ ավել, քան՝ 18մլ: Կախված վիրահատվող հիվանդի դաստակի չափերից ռադիալ զարկերակի փակիչի պահանջվող չափերն են՝ սովորական (M չափսի) և L-չափսի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: