

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	SPO2 Probe, cable	Trismed	<p>Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորների բազմակի օգտագործման SpO2 չափման լար SpO2 տվիչով (SpO2- sensor): Թվային 5 - կոնտակտային տվիչ է, մատին ամրացվող, նախատեսված մեծահասակների համար, լարի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 90սմ: Նոր է, չօգտագործված, օրիգինալ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Trismed - Vitapia 7000 K կարդիոմոնիտորների համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ SpO2 չափման լարով և SpO2 տվիչով:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/16-11-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
58			