

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	1.Purge Technology 2.BVC-Health 3.NEWLED	ռեցիրկուլյատոր	օդի ռեցիրկուլյատոր	1.Purge Technology 2.BVC-Health 3.NEWLED	Դիսփլեյի առկայություն Արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 100 մ3/ժամ Մանրէաբանական Էֆեկտիվություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 % Ոչ պակաս քան 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ոչ պակաս քան 23,5 Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 9000ժամ Ձայնային աղմուկը՝ ոչ ավել քան 42 դԲա Սնուցումը 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ

				<p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 ,CE Mark (Directive 93/42/EEC)կամ FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	1.Purge Technology 2.BVC-Health 3.NEWLED	ռեցիրկուլյաւոր	օդի ռեցիրկուլյաւոր	1.Purge Technology 2.BVC-Health 3.NEWLED	Наличие дисплея Производительность: не менее чем 100 м3/час Бактерицидная эффективность, не менее чем 99,9% Наличие не менее чем 2 встроенных ламп Суммарная мощность ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп, Вт, не менее чем 23,5 Срок службы ультрафиолетовых ламп не менее чем 9000 часов Уровень звуковой мощности не более чем 42 дБА Питание: 220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте

				<p>Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования (например, две дополнительные лампы и т. д.) Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества, ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA</p>
--	--	--	--	---