

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեվադենտ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	Սան	Նինգբո Մինգտայ Մեդիքալ Ինստրումենտ Քո Լտդ	<p>Մանրեագերծիչ գոլորշիով (ավտոկլավ) SUN23-II-P - Ավտոկլավ, Բ-դաս: Լարում և հաճախականություն՝ 220Վ 50Հց: Հզորություն՝ 2300Վ: Բակտերիոլոգիական ֆիլտր: Մաքսիմալ ճնշում՝ 247 կՊա (2,47 բար): Ստերիլիզացիայի 4 ծրագիր 121°C կամ 134°C աստիճանում՝ ոչ փաթեթավորված, փաթեթավորված, պլաստմասսե և տեքստիլ նյութերի և գործիքների համար: Ստերիլիզացիոն պարամետրերի փոփոխման հնարավորություն, ջերմաստիճան՝ 0-134°C, ստերիլիզացիոն ցիկլ 40-60ր: Ստերիլիզացիոն եռափուլ վակուում: Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ: Ստերիլիզացիոն խցիկի տարողությունը 22 լ: Ներկառուցված դարակաշար՝ երեք տեփուրներով: Ներկառուցված մինի տպիչ սարք՝ ստերիլիզացիոն ցիկլի տվյալները գրանցելու համար: Տպիչի հետ մատակարարվում է առնվազն 5 հատ համապատասխան թուղթ: Մաքուր ջրի անոթի տարողությունը 2 լ: Օգտագործված ջրի անոթի տարողությունը 2 լ: Արտաքին չափսերը՝ 61*44*40 սմ: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները և բժշկական</p>

			անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակների ուսուցումը: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Չինաստան Ningbo Mingtai Medical Instrument Co Ltd
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Լեվադենկո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
80			