

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Dirui | H-100 | Dirui Industrial Co | <p>Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(երիթրոցիտ/հեմոգլոբին):</p> <p>Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 50 թեստ /ժամ Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ նվազագույնը ոչ պակաս քան 100 սմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկ բյուրեղային: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Նմուշների տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային</p> |

սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|--|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Dirui | H-100 | Dirui Industrial Co | <p>Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(երիթրոցիտ/հեմոգլոբին):</p> <p>Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 50 թեստ /ժամ Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ նվազագույնը ոչ պակաս քան 100 սմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկ բյուրեղային: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Նմուշների տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայությունն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային</p> |

սպասարկում՝ տեղադրումից հետո: