

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Comen S5	Comen S5	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց` կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը` առանց մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ պայմաններին դիմակայելու համար: Սարքը կարող է դիմակայել

շտապօգնության հետ կապված  
ծանր աշխատանքային  
պայմաններին: Սարքն անվտանգ է  
օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛  
հիվանդի համար Դեֆիբրիլյատոր  
Գործառնական ռեժիմները՝ ձեռքով,  
AED, պեյսեր, EUC, SpO2 Էներգետիկ  
քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ 14 քայլ  
Բեռնաթափում. 90 հարված 360  
ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում  
ՈւՆԻ դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման  
վերականգնում 5 վայրկյանում  
համաձայն IEC 60601-2-28- ի  
Լիցքավորման ժամանակը  
(կուտակիչը ամբողջությամբ  
լիցքավորված է). Լիցքավորման  
ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. 6  
վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ  
հիմնական լարման / DC հիմնական  
լարման հետ (մարտկոցը 7  
վայրկյանի ընթացքում)  
Լիցքավորման ժամանակը մինչև  
360 ջոուլ. 12 վայրկյանի ընթացքում՝  
նոմինալ հիմնական լարման / DC  
հիմնական լարման հետ (մարտկոցը  
14 վայրկյանի ընթացքում)  
Հետաձգման ժամանակը. 60 մվրկ  
սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և  
Էներգիայի լիցքաթափման միջև

Ունի EՍԳ- մոնիտորինգ EՍԳ  
մոնիտոր՝ 3/5 Lea Արտածումներ I, II,  
III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր,  
բարձիկներ Էկրանի չափը՝ 5,7" TFT-  
LCD Էկրան Թողունակությունը՝  
800x600 պիքսել Ֆիլտր՝ միացվող 50  
Հց Գործառույթները՝ Ազդանշանի  
ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան,  
սրտի բաբախման զարկերի  
հաճախություն, թիակի  
պաշտպանություն, Էներգետիկ  
աստիճան, մարտկոցի հզորություն,  
սրտի տափնաչափ  
սահմանափակումներ Տափնաչափ  
փոփոխական՝ բարձր և ցածր սրտի  
բաբախների համար Պոլիս-  
օքսիմետրիա - մոդուլ: Ինդիկացիոն  
ցուցանիշի սահմանը. 100-ից 0%  
Ստուգաչափման միջակայքը. 100-ից  
50% Չափման ճշգրտություն՝ SpO2  
Մեծահասակները՝ 100-ից 70% ± 2  
սի, 69-ից 50% ± 3 սի  
Գործառնական ռեժիմ՝  
շարունակական Իրականացման  
ժամանակը՝ 2 վրկ Ունի տպիչ Տպիչի  
տեսակը. Ջերմային փոխանցման  
գլխիկ, 1-ալիքային  
Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/  
դույմ Գործառնական ռեժիմներ.

				<p>Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5 վրկ. առաջ դեպքերը դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ. հետո) EUC տպագրություն (EKG առցանց պրոտոկոլային տպագրություն) 1/3 ալիքային տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ Անվտանգություն՝ Դասակարգում. Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ BF, բժշկական սարքի դաս 2b Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց և փոփոխվող մարտկոցով Փոփոխվող մարտկոց. 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion մարտկոց Քաշը՝ 8 կգ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					