

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	սարքեր — գործիքներ ներարկման համար	սարքեր — գործիքներ ներարկման համար	սարքեր — գործիքներ ներարկման համար	սարքեր — գործիքներ ներարկման համար	Ավտոմատ ներարկիչ Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)

Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, Ճշգրտություն (սախատեսված ներարկիչներ): $\pm 2\%$ Խցանման ճնշումը` կարգավորելի KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի

				<p>սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն Էլեկտրական II դաս Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25					