

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոլոգիայի ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	BIOVEOPAK CO LTD	Microscope Binocular	MSC B208	BIOVEOPAK CO LTD	Բինոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բինոկուլյար գլխիկը` 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը` 55-ից 75 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ` ախրոմատիկ օբյեկտիվներ 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար` լայնանկյունային օկուլյար 10X/18 Կիզակետում. կոպիտ և Նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ Կոնդենսատոր` ն NA = 1,25 Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով

Էտապ` երկշերտանի
մեխանիկական սեղանիկ, X / Y` ոչ
պակաս քան 140մմx175մմ,
շարժվող միջակայքը 75x 50 մմ
Լուսավորություն` 6V / 10W կամ 6V /
20W կամ համարժեք աղբյուր(ըստ
պատվիրատուի ցանկության)
Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Ներառված են փոշու ծածկը,
կապույտ և կանաչ ֆիլտրը,
իմերսիոն յուղը և հրահանգների
ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W
կամ 6V 20W հալոգեն կամ
համարժեք լամպ(ըստ
պատվիրատուի ցանկության)
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 ,FDA

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	BIOVEOPAK CO LTD	Microscope Binocular	MSC B208	BIOVEOPAK CO LTD	Բինոկուլյար մանրադիտակ Չորստեղանի պտտվող գլխիկ Օպտիկական համակարգ. Աքրոմատիկ օպտիկական համակարգ Բինոկուլյար գլխիկը՝ 30° թեքված Միջբիբային հեռավորությունը՝ 55-ից 75 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 10% Օբյեկտիվներ՝ ախրոմատիկ օբյեկտիվներ 4x; 10x, 40x; 100x Օկուլյար՝ լայնանկյունային օկուլյար 10X/18 Կիզակետում. կոպիտ և Նուրբ ճշգրտում, շարժվող միջակայք 24 մմ Կոնդենսատոր՝ ն NA = 1,25 Իրիս դիաֆրագմով և ֆիլտրով

Էտապ` երկշերտանի
մեխանիկական սեղանիկ, X / Y` ոչ
պակաս քան 140մմx175մմ,
շարժվող միջակայքը 75x 50 մմ
Լուսավորություն` 6V / 10W կամ 6V /
20W կամ համարժեք աղբյուր(ըստ
պատվիրատուի ցանկության)
Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց:
Լրակազմ և պարագաներ
Ներառված են փոշու ծածկը,
կապույտ և կանաչ ֆիլտրը,
իմերսիոն յուղը և հրահանգների
ձեռնարկը: Ներառված են 6V 10W
կամ 6V 20W հալոգեն կամ
համարժեք լամպ(ըստ
պատվիրատուի ցանկության)
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 ,FDA