ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	BISTOS CO LTD	Patient Monitor	BT-770-OP	BISTOS CO LTD	Հիվանդի մոնիտոր Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝

						արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT գունավոր էկրան, էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, 12,1”, 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ամբողջությամբ լիցքավորված վիճակուն՝5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,

						RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 15-ից 250 բ/ րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 1-480 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում

						Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 10-210 mmHg MEAN: 20-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 10-162 mmHg MEAN: 20-175 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 20-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք Չափման միջակայք՝ 0-100% Ահազանգի միջակայք ՝ 1-100% Թողունակությունը՝ 1 % Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-250 բաբախ/րոպե

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԱՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	BISTOS CO LTD	Patient Monitor	BT-770-OP	BISTOS CO LTD	Հիվանդի մոնիտորի Հիվանդի մոնիտորը նվազագույնը է 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե Սպասել տիպացանց ՝ 10-150 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C (32 ℉ ~ 122,0 ℉ թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Սկզբունքային ծամանակ՝ Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) NIBP Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: արտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ օգտագործելով մարտկոցներ, ինչ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C (32 ℉ ~ 122,0 ℉ Ճշգրտություն՝ ± 0.1°C Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-R,) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 3 ՄΩ Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C (32 ℉ ~ 122,0 ℉ թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Սկզբունքային ծամանակ՝ Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) NIBP

					RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP Համապատասխանություն ISO 13485-ի և CE Mark հայտնի Directive 93/42/EEC)
					Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 15-ից 250 բ/ րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ 1-480 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում

						Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 10-210 mmHg MEAN: 20-230 mmHg Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 10-162 mmHg MEAN: 20-175 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 20-110 mmHg Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg Պաշտպանություն գերճնշումից Adult ռեժիմ: 300±3 mmHg Pediatric ռեժիմ: 240±3 mmHg Neonatal ռեժիմ: 150±3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք Չափման միջակայք՝ 0-100% Ահազանգի միջակայք ՝ 1-100% Թողունակությունը՝ 1 % Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-250 բաբախ/րոպե

						Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-R,) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 3 ՄΩ Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն Չափման և ազդանշանային միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե Ապնօե ահազանգ ՝ 10-150 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք) 2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, (32 ℉ ~ 122,0 ℉ թողունակություն՝ 0.1°C Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) NIBP

						ճարմանդներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ երեխաների համար NIBP ճարմանդներ նորածինների համար Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար Էլեկտրական լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար Մոնիտորների հետ մատակարարվում է ընդհանուր 11 հատ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներից բացի նույն մոնիտորներին համատեղելի նորածինների համար նախատեսված 4 հատ բազմակի օգտագործման SpO2 տվիչներ; Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկանգլերեն; Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC)