

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |           |                        |   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 29                 | BOYN INDUSTRIAL       | // Hot-air sterilizer | HAS BO 85 | BOYN INDUSTRIAL        | <p>Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>շրջանառության համար, ինչը<br/>օգտակար է սարքի արագ<br/>սառեցման համար Էլեկտրական<br/>մասը մեկուսացված է և<br/>պաշտպանված ժամանակաչափ<br/>0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն<br/>անջատում է սարքը ծրագրավորված<br/>ժամանակի վերջում Ջերմաչափի<br/>չափման տիրույթը 10°C - 300°C<br/>միջակայքում Ջերմակարգավորիչի<br/>տիրույթը 10°C - 200°C<br/>Անվտանգության թերմոստատի<br/>առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220<br/>Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                       |           |                            |  |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак         | марка     | наименование производителя | технические характеристики   |
| 29         | BOYN INDUSTRIAL        | // Hot-air sterilizer | HAS BO 85 | BOYN INDUSTRIAL            | Մանրէազերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 85 Լ Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ 2 կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը և դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման թունելների տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և ձախ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>շրջանառության համար, ինչը<br/>օգտակար է սարքի արագ<br/>սառեցման համար Էլեկտրական<br/>մասը մեկուսացված է և<br/>պաշտպանված ժամանակաչափ<br/>0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն<br/>անջատում է սարքը ծրագրավորված<br/>ժամանակի վերջում Ջերմաչափի<br/>չափման տիրույթը 10°C - 300°C<br/>միջակայքում Ջերմակարգավորիչի<br/>տիրույթը 10°C - 200°C<br/>Անվտանգության թերմոստատի<br/>առկայություն էլեկտրոսնուցում` 220<br/>Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ</p> |
|--|--|--|--|---|