

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լինարե ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Ավտոկլավ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	<p>Ավտոկլավ: Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով ոչ պակաս քան 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով:</p> <p>Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է Պետք է ունենա չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը: Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն:</p> <p>Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից,</p>

միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել: Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն: Ամբողջ սարքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար: Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար: Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն: Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 134°C: Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում: Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում: Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-99րոպե միջակայքում: Տաքության շեղումը $\pm 2^\circ\text{C}$: Պետք է ունենա LCD դիսփլեյ

				<p>աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար: Սնուցումը 3804ոլտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 20 Կվատտ: Լրակազմ և պարագաներ: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն): ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Լինշրե ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					