

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՇԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | Contec | Contec | CMS8000+ETCO2 | Contec | <p>Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR) և ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ</p> |

չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է Էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային Էկրան, Էկրանի անկյունագիծը 12,1", 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2.5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուժեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ճրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,

RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծությունն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան՝ 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը՝ 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը՝ Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով՝ ոչ պակաս քան 2-60 բոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով՝ 5 բոպե Սրտի հաճախության միջակայքը՝ 40-220 հարված մեկ բոպեի ընթացքում

Ահագանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult
նեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg
Pediatric նեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg
Neonatal նեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg
Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg
Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg
Առավելագույն ստանդարտ շեղումը՝ ± 8 mmHg
Պաշտպանություն գերճնշումից
Adult նեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric նեժիմ: 240 ± 3 mmHg
Neonatal նեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք՝ 1-100%
Ահագանգի միջակայք՝ 40-100%
Թողունակությունը՝ 1 %
Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$
1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ.,
Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером ЭА № 001/2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե
 Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե,
 ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե
 Շնչառություն (Respiration) Չափման
 և ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) Մեթոդը՝
 դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև
 Դիֆերենցիալ մուտքային
 ռիմատրոլություն > 2.5 սԾ
 Համապատասխանում է ՀՀ ԱԸԼԸՍՈՒԴԲ-2023/33
 հմախնդանսի չափման միջակայքը՝

0.3-5.0Ձ Իմպենդանսի հիմնական
 գծի միջակայքը՝ 0-2.50
 տեխնիկական հատկություն՝ 0.3-2.5 Հg

Շնչառության հաճախություն
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped:
 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1
 բաբախ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2
 բաբախ/րոպե Ապսոտ ահագանգ՝
 10-40 S Ձերմաստիճան Չափման և
 ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) 2 կանալ Չափման և
 ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C,
 թողունակություն՝ 0.1°C
 Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C
 Ակտուալացման
 Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ
 Միջին ժամանակի հաստատունը՝
 <10 վրկ. EtCO2 Չափման և

| | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Номер лота | | | Предлагаемый товар | |
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
| 22 | | | | |

ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) EtCO₂ (կողային հոսք) Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր սպեկտր Սահմանները՝ 0.0-13% Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%) Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO₂ Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ երեխաների համար խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար էլեկտրական լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO₂ սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար EtCO₂-ի չափման հավաքածու Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) / FDA |
|--|--|--|--|--|--|