

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Վիրահատական լուսատու առաստաղային HyLed C7/C7	Վիրահատական լուսատու առաստաղային HyLed C7/C7	HyLed C7/C7	Mindray	"Վիրահատական լուսատու առաստաղային Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93 Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3, ընդ որում առաջին

ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար էլեկտրոնային համակարգի առկայություն Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 300 մմ տիրույթում Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրէազերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայությունը Սևուցում` 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր բարձրությամբ կախովի առաստաղի մակարդակով (վիրահատարանների ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4 մետր է, վերջնական չափսերը

				<p>կճշգրտվեն վիրահատարանների վերջնական կառուցապատումից հետո) Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէազերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք "</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					