

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Yumizen G400 DDi	Yumizen	G400 DDi	HORIBA	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ PT (% , INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ 4 անկախ չափման խցիկ Թերմոստատ՝ 37°C ± 0,5°C 20 տեղ Նմուշի համար և 2 տեղ Ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 5,5'' գունավոր հպումային LCD

				<p>Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում` USBx3, տպիչին, գծիկավոր կող կամ QR կող կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն</p> <p>Էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար` 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИИИИ ИИИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 УЛ ЕЦДЦТДР-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					