ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Hamilton Medical	Hamilton Medical	"Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր 12 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն 72 ժամվա ընթացքում Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում

						մարտկոցի պահուստավորմամբ Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱԾ-ի 3,5 ժամ ամբողջական աշխատանք: Շնչառական ռեժիմները Մեծահասակներ և մանկաբուժություն (ոչ պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) (S)CMV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV+ – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա SPONT – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա SPONT – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի PSIMV+ - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման APVsimv / SIMV+ (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) DuoPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա Նորածիններ (ոչ

						պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) (S)CMV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV+ – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա SPONT – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա SPONT – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի PSIMV+ - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման AAPVcmv / (S)CMV+ - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի՝ ինքնուրույն շնչառության ճնշման աջակցությամբ PSIMV+ - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման՝ ինքնուրույն շնչառության ճնշման աջակցությամբ APVsimv / SIMV+ (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) DuoPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների

						ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա nCPAP շարունակական հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում արտահոսքի կոմպենսացիայով) Շնչառական ծավալը՝ 20 - 2000 մլ տիրույթում Ծրագրավորվող րոպեական ծավալը 1-240 լիտր/րոպե տիրույթում Արդյունքում րոպեի ծավալը՝ 0,01-ից 240 լ / րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ 0.1 - 12 վրկ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 – 1:9 տիրույթում Շնչառական հաճախությունը. Մեծահասակ. 1-80 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական / նորածնային. 1-150 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2: 21-100%. Ներշնչման զգայնություն. Հոսքը՝ 0,1 - 20 լ / րոպե միջակայքում Ճնշումը՝ -20 ից 0 սմ H2O PEEP-ից վեր: PEEP/CPAP: 0 - 35 cmH2O միջակայքում Controlled Pressure (PCV): 2 - 60 cmH2O. միջակայքում Pressure Support (PSV): 0 - 95 cmH2O միջակայքում Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): 0 - 2 վարկյան միջակայքում Inspiratory

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					Համակարգը թույլ է տալիս պահպանել ահազանգերը Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում O2-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը Հիմնական էներգիայի կորուստ Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր շարունակական ճնշում Անջատում հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ Րոպեական ծավալը Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր տոկոս O2 Շնչառության կանգ Արտահոսք Շնչառության բարձր հաճախություն PEEP կորուստ Դիսփլեյ / մոնիտորինգ Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ Կարգավիճակի ցուցիչ՝ pressure: 3 - 95 cmH2O միջակայքում Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). 0 - 95 cmH2O միջակայքում Ահազանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների

						վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Համակարգը ներառում է. Բժշկական օդային կոմպրեսոր կամ տուրբին Խոնավացուցիչ 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման O2-միացնող խողովակ՝ 2 մ 1 օդի միացման խողովակ՝ 2 մ Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի

					կոնտուրի բռնակ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)"