ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Medec International BV	Medec Aeolus	Aeolus	Medec International BV	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր՝ 18.5 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները հասանելի են 72 ժամվա ընթացքում Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ

						Ունի ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱԾ-ի 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք: Շնչառական ռեժիմները. Մեծահասակներ և մանկաբուժություն՝ VCV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV (VCV) - սինխրոնիզացված փոխարինող օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա Նորածիններ VCV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա

						PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման SIMV (VCV) + PSV - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի՝ ինքնուրույն շնչառության ճնշման աջակցությամբ SIMV (PCV) + PSV - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման՝ ինքնուրույն շնչառության ճնշման աջակցությամբ PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP – Երկմակարդակ դրական օդուղիների ճնշում APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա CPAP շարունակական հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում արտահոսքի

						կոմպենսացիայով) Շնչառական ծավալը՝ 10 - 2000 մլ տիրույթում Ծրագրավորվող րոպեական ծավալը 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում Արդյունքում րոպեի ծավալը՝ 0,01-ից 130 լ / րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ 0.2 - 5 վրկ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը 4:1 – 1:8 տիրույթում Շնչառական հաճախությունը. Մեծահասակ 2-80 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական / նորածնային 2-120 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2: 21-100%. Ներշնչման զգայնություն. Հոսքը՝ 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում Ճնշումը՝ -20 ից 0 սմ H2O PEEP-ից վեր: PEEP/CPAP: 0 - 30 cmH2O միջակայքում Controlled Pressure (PCV): 2 - 50 cmH2O. միջակայքում Pressure Support (PSV): 0 - 70 cmH2O միջակայքում Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): 0 - 2 վարկյան միջակայքում Inspiratory pressure: 5 - 70 cmH2O միջակայքում Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). 0 - 60 cmH2O միջակայքում Ահազանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՇ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Medec International BV	Medec Aeolus	Aeolus	Medec International BV	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Инвазивная и неинвазивная вентиляция легких для взрослых, педиатрических и новорожденных (включая недоношенных) пациентов в отделениях интенсивной терапии. Монитор с цветным графическим дисплеем: цветной сенсорный монитор 18.5 дюймов Должны быть доступны данные о тенденциях для выбранных параметров в течение 72 часов Должен иметь точное управление питанием с резервным питанием от батареи Должен иметь առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահազանգերը Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում O2-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը Հիմնական էներգիայի կորուստ Մարտկոցի ցածր լիցք Բարձր շարունակական ճնշում Անջատում հիվանդից Թթվածինը բավարար չէ Րոպեական ծավալը Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը Բարձր և ցածր տոկոս O2 Շնչառության կանգ Արտահոսք Շնչառության բարձր հաճախություն PEEP կորուստ Դիսփլել / մոնիտորինգ Սիրային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում Տվյալներ՝ կարգավարման ընտրանքներ հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մնացորդակ, ժամացույց O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Համակարգը կերպարում է, Բժշկական օդային կոմպրեսոր կամ

					¿Ýáõñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ³ñï³ùáõÙ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ (вспомогательная/контролируемая) µ³ó³ïñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ PCV+ Ýáñá·áõÙ ³ñï³ùáõÙ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ (вспомогательная/контролируемая) ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ³ñï³ùáõÙ ³ñÅ»ùÇ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ (вспомогательная/контролируемая) по давлению PSV-вентиляция с поддержкой давлением самостоятельного дыхания PRVC Регулировка давления, контроль объема ВРАРДвухуровневое положительное давление в дыхательных путях. SIMV (PCV) + PSV - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по давлению с поддержкой давлением самостоятельного дыхания PRVC Регулировка давления, контроль объема ВРАРДвухуровневое положительное давление в дыхательных путях, 2մ, միանվագ ստերիլ, չոր դանակով SIMV (PCV) + PSV - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по давлению с поддержкой давлением самостоятельного дыхания PRVC Регулировка давления, контроль объема ВРАРДвухуровневое положительное давление в дыхательных путях, ISO 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
					самостоятельного дыхания SIMV (PCV) + PSV - Синхронизированная прерывистая обязательная вентиляция, управляемая по давлению с поддержкой давлением самостоятельного дыхания PRVC Регулировка давления, контроль объема ВРАРДвухуровневое положительное давление в

						дыхательных путях APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях NIV – Неинвазивная вентиляция легких. CPAP с непрерывным потоком (с компенсацией утечки для NIV) Дыхательный объем: от 10 до 2000 мл Программируемый минутный объем: от 1 до 100 л/мин Результирующий минутный объем: от 0,01 до 130 л/мин Время вдоха: от 0,2 до 5 секунд Соотношение ввода/вывода: 4:1 - 1:8 Частота дыхания: Взрослый: 2-80 дыхание в минуту Педиатрический /неонатальный младенец: 2 до 120 дыхание в минуту. FiO2: 21-100%. Чувствительность к вдоху: Поток: 0,5 - 15 л/мин Давление: от -20 до 0 см H2O выше PEEP. PEEP/CPAP: 0 - 30 см H2O Контролируемое давление (PCV): 2-50 см H2O Pressure Support (PSV): 0 - 70 cmH2O. Пауза на вдохе (программируемая в VCV): 0 до 2 секунд. Давление на вдохе: 5 - 70 см H2O Максимальное ограниченное давление (пределы безопасности): 0 - 60 cmH2O

						Тревоги Световые и звуковые сигналы в соответствии с приоритетом и сообщениями на экране Система позволяет отключать тревоги Высокое и низкое давление на вдохе Низкое давление O2 и воздуха, или одного из них Потеря основного электроснабжения Низкий заряд батареи Высокое непрерывное давление Отключение от пациента Кислорода недостаточно Минутный объем Высокий и низкий общий объем Высокий и низкий процент O2 Апноэ Утечка Высокая частота дыхания Потеря PEEP Дисплей / мониторинг (не менее чем представленного) Отображение: давление, поток, объем, вспомогательное давление Данные: параметры управления, данные о пациенте, настройки сигнализации и сообщения Индикатор состояния: режим вентиляции, уровень заряда батареи, часы Содержание O2 % в смешанном газе Источник питания: 220В, 50/60 Гц Система включает в себя. Медицинский воздушный компрессор или турбина

						Увлажнитель 1 камера увлажнителя, многоразового использования 1 соединительный шланг для подключения кислорода, не менее чем 2 м 2 соединительный шланг для подключения воздуха, не менее чем 2 м Увлажнитель воздуха: Мощность нагрева с предохранительным термостатом и индикацией рабочего состояния 1 Контур, неонатальный с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колено маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д. 1 Контур, взрослый / детский с трубками для пациента, многоразовый, с ловушками для воды, Y-образным наконечником, колено маски, соединитель для катетера, дыхательный мешок и т.д. Базовый набор Вентиляционное устройство на колесиках, держатель контура пациента Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на

					армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, ручки, дыхательные трубки многоразового использования для взрослых и детей, маски для взрослых, детей и младенцев, запасной датчик кислорода, шланги для подключения аппарата к газовой панели 2м каждый, соединители, дыхательные мешки и т.д.) Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC