

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Հեմոդիալիզի սարք DBB-EXA ES	Հեմոդիալիզի սարք DBB-EXA ES	DBB-EXA ES	NIKKISO CO.,LTD.	Հեմոդիալիզի սարք Պահանջներ Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը պետք է կարողանա աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման,

արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան՝ առկայություն Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար Սարքի արյան պոմպը պետք է համապատասխանի ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500

մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 33-ից 40 աստիճան տիրույթում

Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Օդի հայտնաբերման առկայություն Հեպարինի համար

Ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ 300-ից 700 մլ / մթ տիրույթում (առավելագույնը 100 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԲ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ կամ ± 50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված

ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն Ունի ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Ախտահանման մատյանի

առկայությունն ՈւՆԻ դրենաժային համակարգ Հնարավոր է մեքենան միացնել համակարգչին Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում) Սնուցում Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքը նախատեսված է առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը կտրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և/կամ ռուսերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «С» № ЕАЭС/ИЭП-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ օրի մաքուր մակ համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ, տեխնիկական հատկություններ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	Էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ, տեխնիկական հատկություններ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
6					