

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Baxter Gambro	Ak 98	Ak 98	Baxter	Հեմոդիալիզի սարք Սարքը Նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոց, Գունավոր սենսորային Էկրան: Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների զտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Առկա է Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային

ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան: Առկա է՝ ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության, Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության , Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության : Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին, Առկա է արյան հոսքի վերահսկում, արյան արտահոսքի հայտնաբերում: Հոսքի արագությունը 20-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատրի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում, Խտանյութի սպասում ռեժիմի Առկա է օդի հայտնաբերում Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի

առկայություն չնսքի արագությունը  
0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ չնսքի  
արագություն՝ 300-ից 700 մլ / մթ  
տիրություն ( 20 մլ/րոպ քայլով)  
Առկա են Na և ՌԲՖ  
(ուլտրաֆիլտրավորման)  
պրոֆիլավորման հնարավորության  
Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության՝  
±50 մլ / ժամ x սպառված բուժման  
ժամանակ (ժամ), կուտակված  
ուլտրամանուշակագույն ծավալի  
2.5%-ը Առկա է սարքի  
ախտահանման և մաքրման  
համակարգ ունի ինտեգրված  
ջերմային և քիմիական  
ախտահանման հնարավորություն՝  
ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար  
ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր  
շաբաթային գրաֆիկով,  
ախտահանման մատյան ունի  
դրենաժային համակարգ, մեքենան  
համակարգչին միացնելու  
հնարավորություն Առկա է  
անսարքության ավտոմատ  
ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն  
առցանց հայտնաբերելու և  
ցուցադրելու հնարավորությամբ  
(տեխնիկական սպասարկման  
ռեժիմում) Սնուցում Սնուցում՝ 220

ից 240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը նախատեսված է առնվազն ISO 13485 և CE Mark որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը տրվում են Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Ապրանքը Նոր է, չօգտագործված Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, Էլեկտրական համակարգերի համար

				<p>անհրաժեշտ անջատիչներ (Էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					