

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	МЕДИАНА-ФИЛЬТР	УВОИ - "МФ"	УВОИ - "МФ"	АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորումների համար Միացված սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 10 (միաժամանակ աշխատող սարքեր՝ ընդլայնման հնարավորությամբ) Նվազագույն արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 750 Լ / ժամ՝ մուտքային ջրի 10օՑ- ի ջերմաստիճանի դեպքում Ռեվերս օսմոսի (ՌՕ) կառավարման միկրոպրոցեսորային համակարգի առկայություն Մաքրված ջրի հաղորդունակությունը համաձայն ISO 13959:2002 կամ համարժեք

Ջերմաստիճանի ցուցադրման (դիսպլեյ) առկայություն
Հաղորդունակության չափիչի, ճնշման չափիչի և հոսքի ինդիկատորի առկայություն
Համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ ավտոմատացված
Սարքավորումների նվազագույն լրակազմ Մեխանիկական գտիչ
Մուտքային ջրի պահպանման բակ
Պոմպակայան Նստվածքային ֆիլտրման և մետաղների հեռացման ավտոմատ գտիչ Փափկեցման ավտոմատ ֆիլտր Դեքլորացման ածխածնային ավտոմատ ֆիլտր Ջրի գտման (աղահեռացում) ՌՕ համակարգ Ջրամատակարարման ներքին համակարգ՝ օգտագործելով PEX կամ համարժեք խողովակներ (ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր հաստատում) Ջրամատակարարման ներքին համակարգի անցկացում դեպի 5 հեմոդիալիզի սարքերի համար նախատեսված կետեր օգտագործելով PEX կամ համարժեք խողովակներ Դիալիզի մեքենային ջրի միացման կետերում չժանգոտվող պողպատից կամ չժանգոտվող համարժեք նյութից

(PVC) պատրաստված միացումների առկայությունն Փոստ ՌՕ ջրի քիմիական, աղտոտվածության, էնդոթոքսինների և մանրէաբանական թեստերը պետք է համապատասխանեն AAMI կամ ԵՏՄ ստանդարտներին հողովակաշարը նեռարյալ բոլոր միացումները և ջրահեռացման համակարգը պետք է պաշտոնապես (գրավոր) համաձայնեցվեն ՌՕ-ի կամ ՋՄԿ-ի արտադրողի հետ հողովակաշարի ախտահանման հնարավորության առկայություն: Ախտահանում՝ ջերմային կամ քիմիական Սնուցում. Սնուցում՝ 220 Կ, 50/60 Հց կամ 380-400 Կ, 50 Հց (Երեք ֆազ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Նշում. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Թեստերը պետք է իրականացվեն պատվիրատուի տեխնիկական ներկայացուցչի (COTR) կամ

				<p>մշտապես աշխատող ինժեների (RE) ներկայությամբ: Նշում.Բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են համալիրի տեղադրման և շահագործման ընթացքում, պետք է կատարվեն մատակարարի սեփական միջոցներից Համալիրը ներառում է լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները (Օրինակ՝ ջրի պոմպ, լրացուցիչ ջրի պոմպ, ջրի բակ, խողովակներ, միացումներ, տարբեր տիպի տվիչներ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ᲠᲚᲛᲗᲛᲟᲠᲟᲠ ᲠᲚᲛᲗᲛᲟᲠ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᲘᲘ ᲘᲘ ᲠᲘᲗᲘᲚᲟᲠ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					