

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Բի Բրաուն Մոլտունգեն	Բի Բրաուն Մոլտունգեն	DIALOG +EVO	Բի Բրաուն Մոլտունգեն	Հեմոդիալիզի սարք Սարքը Նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն Սարքը կարողանում է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային

արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան՝ առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն և վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատի

ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում
խտանյութի սպասում ռեժիմի
առկայություն Օդի հայտնաբերման
առկայություն Հեպարինի համար
ներարկիչ դիսպանսերի
առկայություն Հոսքի արագությունը
0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի
արագություն՝ ոչ պակաս քան
300-ից 700 մլ / մթ տիրություն (ոչ
ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով) Na և
ՌԻՖ (ուլտրաֆիլտրավորման)
պրոֆիլավորման հնարավորության
առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի
հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ
կամ ±50 մլ / ժամ x սպառված
բուժման ժամանակ (ժամ) կամ
կուտակված
ուլտրամանուշակագույն ծավալի
2.5%-ը Սարքի ախտահանման և
մաքրման համակարգի
առկայություն ունի ինտեգրված
ջերմային և/կամ քիմիական
ախտահանման հնարավորություն՝
ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար
ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր
շաբաթային գրաֆիկով
Ախտահանման մատյանի
առկայություն ունի դրենաժային

համակարգ մեքենան հնարավոր է միացնել համակարգչին Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում) Սևուցում Սևուցում` 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը նախատեսված են առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը կտրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում` մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Բոլոր սարքերի

<p>000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2023/32</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p> <p>полное описание предлагаемого им товара.</p>		<p>համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
<p>6</p>					