

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                        |  |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 52                 | Maglumi EBV IgG     | Snibe Diagnostic       | <p>Maglumi 600 և Maglumi 800 վերլուծիչների համարնախատեսված, Maglumi Էբշտեին Բառ վիրուսի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ -հավաքածու (Maglumi EBV IgG): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 600 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi EBV IgG թեստ -հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΠΠΣΣ ΣΤΕΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΠΔΣΤΕΣ-2023/15-11-ΕΤΕΣ< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 52         |                    |                               |                            |