

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	Maglumi ANA Screen	Snibe Diagnostic	Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi ANA Screen որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi ANA Screen): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Maglumi ANA Screen թեստ-հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΠΠΣΣ ΣΤΕΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΥΔΥΠΩΡ-2023/15-11-ΕΤΕΡ< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
88			