

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Մորիս-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-113/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Թերմոստատ, կենսաքիմիական թթվածնի սպառման որոշման համար: $+50 \pm 50 \div +300\text{C}$, աշխատանքային ծավալը 50-60 դմ3, Սահմանված ջերմաստիճանի պահպանման անկայունություն $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$, Ջերմաստիճանի դաշտի տարասեռություն աշխատանքային ծավալում $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\cup\text{E}\text{C}-\text{E}\cup\Delta\cup\text{M}\text{Q}\text{F}-113/23$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Термостат для определения биохимического потребления кислорода. $+50\pm 50\div +300\text{C}$. Рабочий объем камеры 50-60 дм ³ , Нестабильность поддержания установленной температуры $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, Неоднородность температурного поля в рабочем объеме $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$