

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MaXterile 47	MaXterile 47	MaXterile 47	DAIHAN Scientific	Թվային կառավարման համակարգ Fuzzy, ուղղահայաց բեռնում; թվային հեղուկբյուրեղյաէկրան՝ հետին լույսով ներկառուցված ճնշաչափ 0...3 կգ/սմ <sup>2</sup> , սեղմող բռնակ դուռը փակելու համար, կյուլթ՝ պողպատ, ներկված փոշի ներկով, գերտաքացումից պաշտպանություն, պաշտպանություն գերճնշումից, ջերմակայուն ծածկույթ, դռների կողման Էլեկտրոնային համակարգ, առանցքակալներ շարժման հեշտության համար: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 220 Վ, 50 Հց,

				<p>Հգորությունը 2 կԿտ, Չափերը 680×470×880 մմ, Ջերմաստիճանի չափման սխալ ±0,5 °C 121 °C-ում, Ջերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը 25..132 °C, Ժամաչափ մինչև 100 ժամ, Տավալ 47 Լ, Աշխատանքային ճնշում 1,2 կգ/սմ<sup>2</sup> 121 °C-ում, 2,0 կգ/սմ<sup>2</sup> 132°C-ում, Խցիկի չափսերը (Ø×H) 300×670 մմ: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MaXterile 47	MaXterile 47	MaXterile 47	DAIHAN Scientific	Թվային կառավարման համակարգ Fuzzy, ուղղահայաց բեռնում; թվային հեղուկբյուրեղյաէկրան՝ հետին լույսով ներկառուցված ճնշաչափ 0...3 կգ/սմ <sup>2</sup> , սեղմող բռնակ դուռը փակելու համար, կյուր՝ պողպատ, ներկված փոշի ներկով, գերտաքացումից պաշտպանություն, պաշտպանություն գերճնշումից, ջերմակայուն ծածկույթ, դռների կողման էլեկտրոնային համակարգ, առանցքակալներ շարժման հեշտության համար: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 220 Վ, 50 Հց,

				<p>Հգորությունը 2 կԿտ, Չափերը 680×470×880 մմ, Ջերմաստիճանի չափման սխալ ±0,5 °C 121 °C-ում, Ջերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը 25..132 °C, Ժամաչափ մինչև 100 ժամ, Ծավալ 47 Լ, Աշխատանքային ճնշում 1,2 կգ/սմ<sup>2</sup> 121 °C-ում, 2,0 կգ/սմ<sup>2</sup> 132°C-ում, Խցիկի չափսերը (Ø×H) 300×670 մմ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--