

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք; Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք).: VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont; Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն Նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ; Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ; Երկու ներկառուցված սենսորային էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան

12"; Ոչ պակաս քան 800 x 600 պիքսել; Առանձին նեոկառուցված թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ; Արտացոլում մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան).; Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ; Պարամետրերը (ոչ պակաս քան).; Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ տիրույթում; Ներշնչման հոսքը` ոչ պակաս քան 120 լ/ր; Շնչառության հաճախությունը` ոչ պակաս քան 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում; I:E ratio 4:1 - 1:10; Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O; Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O; PEEP` ոչ պակաս քան 3 - 20 սմ H2O միջակայքում; Մարտկոցի առկայություն; Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով ոչ պակաս քան 120 րոպե; Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան); O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, Էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ

` pmax, pmin, PEEP max,
հաճախականություն, ծավալներ`
MVmax, MVmin, Vtmin; Այլ
պահանջներ; Ոչ պակաս քան երկու
գոլորշիացնող սարքերի համար
գոլորշիացնող ամրակների
առկայություն; O2 չափման
համակարգի առկայություն;
Իզոյուրանի և սեփոֆյուրանի
գոլորշիացուցիչների առկայություն ;
Հոսալի CO2 կլանիչ; Սնուցում` 220
Վ, 50/60 Հg; Հիմնական լրակազմ;
Անիվներով հենքի վրա
օդափոխության սարք, հիվանդի
կոնտուրի բռնակ, գազի
աղբյուրներին միացնելու
խողովակների համալիր; Հոսքի
տվիչ, բազմակիրառելի; Ջրային
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,
բազմակի օգտագործման 2 հատ
(Մեծահասակների, երեխաների) ;
Լրակազմ և պարագաներ;
Տեղադրում և մեկնարկ ;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված; Լրակազմը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր

				<p>լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					