

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Երակների պատկերը արտաձևնող շարժական սարք	QV 500	QV 500	Qualmedi Technology Co., Ltd.	Ինֆրակարմիր երակային որոնիչ Դյուրակիր երակային որոնիչ սարք Երակային հայտնաբերման լույսի աղբյուր՝ մոտ ինֆրակարմիր լույս Ինֆրակարմիր լույսի ալիքի երկարությունը մոտավորապես 8 մմ Պատկեր ստանալու համար լավագույն հեռավորությունը պետք է լինի 15-25 սմ միջակայքում Արյան անոթի դիրքի որոշման `±0,3 մմ Արյան անոթների լուծելիության ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ±0.5 մմ պայծառության 5 մակարդակ, 7 գույն, որոնք հարմար են մաշկի կամ շրջակա միջավայրի տարբեր

				գույների համար Պետք է լինի 3 չափս՝ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն Տեղադրում Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Երակների պատկերը արտաձևնող շարժական սարք	QV 500	QV 500	Qualmedi Technology Co., Ltd.	Ինֆրակարմիր երակային որոնիչ Պյուրակիր երակային որոնիչ սարք Երակային հայտնաբերման լույսի աղբյուր՝ մոտ ինֆրակարմիր լույս Ինֆրակարմիր լույսի ալիքի երկարությունը մոտավորապես 8 մմ Պատկեր ստանալու համար լավագույն հեռավորությունը պետք է լինի 15-25 սմ միջակայքում Արյան անոթի դիրքի որոշման $\pm 0,3$ մմ Արյան անոթների լուծելիության ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան $\pm 0.5$ մմ պայծառության 5 մակարդակ, 7 գույն, որոնք հարմար են մաշկի կամ շրջակա միջավայրի տարբեր

				գույների համար Պետք է լինի 3 չափս՝ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն Տեղադրում Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս
--	--	--	--	--