

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	WATO EX-65	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	"Ինհալյացիոն անզգայացման սարք; Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PSV-VG (համարժեք է PRVC-ին), Manual/Spont; Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ; Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ; Երկու ներկառուցված սենսորային էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 15"; 1024 x 768

պիքսել; Առանձին ներկառուցված թթվածնային հոսքաչափ՝ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ; Արտացոլում մոնիտորի վրա; Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ; Պարամետրերը; Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում; Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր; Շնչառության հաճախությունը՝ 2-ից 100 շնչ/րոպ միջակայքում; I:E ratio 4:1 - 1:10; Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O; Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H₂O; PEEP՝ 3 - 30 սմ H₂O միջակայքում; Մարտկոցի առկայություն; Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 240 րոպե; Ազդանշաններ; O₂ գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ p_{max}, p_{min}, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin; Այլ պահանջներ; Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող

ամրակների առկայություն; O2
չափման համակարգի
առկայություն; Իզոյուրանի և
սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների
առկայություն ; Հուսալի CO2 կլանիչ;
Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց;
Հիմնական լրակազմ; Անիվներով
հենքի վրա օդափոխության սարք,
հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի
աղբյուրներին միացնելու
խողովակների համալիր; Հոսքի
տվիչ, բազմակիրառելի; Ջրային
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,
բազմակի օգտագործման 2 հատ
(Մեծահասակների, երեխաների) ;
Լրակազմ և պարագաներ;
Տեղադրում և մեկնարկ ;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
և ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված; Լրակազմը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
նախատեսված սարքավորման
լիարժեք շահագործման համար
(օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի
օգտագործման համար
նախատեսված շնչառական
խողովակներ մեծահասակների

				<p>Երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ կամ ավելի յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն); Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 -CE Mark "</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					