

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd,	HFEOT99	HFEOT99	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd,	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) ; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2070 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 550 մմ; Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 700 մմ; Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` 1000 մմ; Հորիզոնական և երկայնական շարժումն 300 մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)`

				75°/20°; Տրենդեյենբուրգ / Rev տրենդ ` 25°/+25°; Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան ; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ 45°/90°; Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90°; Ոտքերի հատվածի թեքումը ` 90°; Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -FDA
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗНГЛНУБГ УГС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd,	HFEOT99	HFEOT99	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd,	Универсальный операционный стол (электрический) Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали. Наличие 4 колес Наличие центрального тормоза (в виде ножки) Длина поверхности стола составляет 2070 мм Ширина поверхности стола составляет 550 мм Минимальная высота стола: 700 мм Максимальная высота стола: 1000 мм Горизонтальное и продольное перемещение 300 мм Перемещение (задняя панель вверх /вниз): 75°/20° Тренделенбург: -25°/+25°

				Наклон стола (влево/вправо) 15 градуcов Изгиб головы (наклон) 45°/90° Движение ног (вверх/вниз): 15°/90° Наклон ножек составляет 90° Движение почечного моста вверх 110 мм Питание 220В/50Гц Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском Оборудование новое, неиспользованное Система включает в себя все необходимые принадлежности, необходимые для проведения полных общехирургических операций Гарантия 24 месяца Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 FDA
--	--	--	--	--