

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                     |          |                               |  |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 32                 | Meditech Equipment<br>Co.,Ltd | EKG1212T            | EKG1212T | Meditech Equipment<br>Co.,Ltd | ԷՍԳ շարժական; Ձայնագրող ԷՍԳ<br>արտածումներ. 12 ստանդարտ<br>արտածումներ; Ձայնագրող<br>կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի<br>ընտրությամբ; LCD դիսփլեյ.<br>անկյունագիծը 8" ; Արտածումների<br>փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ;<br>Չգայունություն, մմ / մվ` 2.5, 5, 10,<br>20, 40,ավտոմատ; Կարգաբերման<br>ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով;<br>ԷՍԳ չափումներ` բոլոր<br>արտածումները, միջին, ճշգրտված<br>HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում<br>QRS տևողություն QT ընդմիջում և<br>QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և |

Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարլոնոնը՝ 8 կետ / մմ; Ձայնագրող թուղթ՝ 210մմ x 30մմ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 / 10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա; Էլեկտրոսուլցունը՝ 220 Վ / 50 Հց;; Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ EUS գել; 5. 2

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>թղթի փաթույթ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПНГԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |               |          |                            |  |
|------------|----------------------------|---------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование     | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 32         | Meditech Equipment Co.,Ltd | EKG1212T      | EKG1212T | Meditech Equipment Co.,Ltd | Портативный электрокардиограф<br>Запись отведений ЭКГ: 12 стандартных отведений Каналы записи: 1/3 выбираемых пользователем ЖК-дисплей: площадь обзора: 8" Переключение выводов: ручное и автоматическое.<br>Чувствительность, мм/мВ: 2.5, 5, 10, 20, 40, авто Сигнал калибровки: автоматический и ручной Все отведения, среднее значение, скорректированное среднее значение ЧСС, интервал RR PR, продолжительность QRS, интервал QT и интервал QTс, по формуле |

Ходжеса, Баззета и Фридерисии  
max R[V5] или [V6] и S[V1], Индекс  
Соколова-Лайона по оси P, R, T  
Диапазон частот, Гц  
Диагностический: Защита от  
дефибрилляции в соответствии с  
АAMI / IEC 60601-2-25: 2011  
Нефильтрованный 0,05...150 Гц  
Регистратор: управление входом  
независимо для каждого электрода  
и обнаружения кардиостимулятора  
Способ записи: разрешение  
термобумаги 8 точек мм Бумага для  
записи: 210 мм x 30 м Скорость  
записи, мм/сек: 5/ 10/ 25/ 50  
выбираемый пользователем  
Внутренняя аккумуляторная  
батарея Время работы от батареи:  
90 мин Подключение каналов  
стандартное или Sabrega Питание  
220В/50Гц Наличие меню на  
русском и английском языках  
Аксессуары: 1. Кабель пациента 2.  
6 электродов для грудных  
конечностей 3. 4 электрода для  
конечностей 4. 1 флакон геля для  
ЭКГ 5. 2 рулона бумаги  
Комплектация и аксессуары:  
Установка и запуск Обучение

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>персонала на месте Руководство<br/>пользователя на английском<br/>Оборудование новое,<br/>неиспользованное В комплект<br/>входят все необходимые<br/>дополнительные устройства и<br/>аксессуары для полноценной<br/>работы оборудования Гарантия 24<br/>месяца Сертификаты качества<br/>(наличие): -ISO13485 CE Mark<br/>(Directive 93/42 / EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|