

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 36 | TRISMED CO., LTD., | CARDICODE300H | CARDICODE300H | TRISMED CO., LTD., | <p>Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով ; Ալիքներ`12; Թողունակությունը` 24 բիթ; Ձայնագրման ժամանակը` 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա` առանց սեղմման; Սեղմում` չկա; Նմուշառման արագությունը. 250, 500, 1000 վայրկյանում; Հաճախականությունը` 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD` արտածումների քարտեզով; Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; EՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 2 հատ; EՍԳ մալուխ 7 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; EՍԳ Էլեկտրոդներ՝ 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭПНГІСБГ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 36 | TRISMED CO., LTD., | CARDICODE300H | CARDICODE300H | TRISMED CO., LTD., | Холтеровский регистратор со своей программой Каналы: 12 Разрешение: 24bit Время записи: 48hrs Запись: Полное раскрытие Запись данных на компактную флэш-карту без сжатия Сжатие: отсутствует Частота дискретизации: 250, 500, 1000 в секунду Частотная характеристика: в диапазоне от 0,05 Гц до 60 Гц +-3 дБ Проверка сигнала: Большой ЖК-дисплей с картой наведения Обнаружение кардиостимулятора: Программируемое включение / выключение с регулируемым |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>порогом Батарея: наличие Пакет включает: (не менее чем) Холтеровский монитор (мониторинг 24 часа) - 2шт Программное обеспечение для записи ЭКГ и USB- ключ - 2шт Кабель для ЭКГ с проводами 7-ти выводный -2шт Защитный чехол - 2шт Электроды для ЭКГ - 60шт Комплектация и аксессуары: Установка и пуско- наладочные работы. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования. Гарантия 24 месяца Сертификаты качества (наличие): ИСО 13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|