

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Meditech	Meditech	Meditech IBreathe	Meditech	<p>Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր;</p> <p>Սպիրոմետրը թոքերի ֆունկցիայի փորձարկման շարժական սարք է, որը հիմնականում օգտագործվում են հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար:; Չափման պարամետրեր. (ոչ պակաս քան); Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը` (FVC) ` FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV;</p>

Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot; Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV; Ծավալի միջակայքը ± 10 ւ; Ծավալի ճշգրտությունը՝ $\pm 3\%$; Հոսքի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան ± 15 ւ /վ; Հոսքի ճշգրտությունը՝ $\pm 5\%$; 10 "գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային էկրանի հետ միասին; էկրանը ցույց է տալիս հրական ժամանակում շնչառության ակտիվ ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օդակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր; Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն; Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն փոխհատուցում է շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը; Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում; Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը; Տվյալների պահեստի առկայություն; Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն;

				<p>Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն; Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող (10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն); Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49					