

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	BSC-1800IIA2-X	BSC-1800IIA2-X	BSC-1800IIA2-X	Biobase, China	<p>II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ; II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: ; Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: ; Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք</p>

չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր աղտոտող նյութեր:; HEPA ֆիլտրերի առկայություն; HEPA ֆիլտրի արդյունավետություն: Արդյունավետությունը 99,999% 0,12 միկրոնի դեպքում: ; Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն; Ներհոսքի արագություն` 0,53± 0,5 մ / վ; Հոսքի ի վար արագությունը` 0,33 ± 0,5 մ / վ; Լյումինեսցենս լամպ` առկայություն; Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն; Լուսավորություն` ≥1000 լյուքս ; Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը` 800 մմ, Աշխատանքային բացումը` 200 մմ; Ներքին չափսերը (WxDxH). 1625 × 600 × 660 մմ ; Ընդհանուր չափսերը (WxDxH). 1800 × 755 × 2230 մմ; Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես; Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ; Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ ; Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց:; Լրակազմ և պարագաներ;

					<p>Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	BSC-1800IIA2-X	BSC-1800IIA2-X	BSC-1800IIA2-X	Biobase, China	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետ; II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: ; Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: ; Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք

չեն պարունակում ռադիոակտիվ նյութեր և թունավոր ադտոտող նյութեր:; HEPA ֆիլտրերի առկայություն; HEPA ֆիլտրի արդյունավետություն: Արդյունավետությունը 99,999% 0,12 միկրոնի դեպքում: ; Չտիչների ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն; Ներհոսքի արագություն` 0,53± 0,5 մ / վ; Հոսքի ի վար արագությունը` 0,33 ± 0,5 մ / վ; Լյումինեսցենտ լամպ` առկայություն; Ուլտրամանուշակագույն լամպ. Առկայություն; Լուսավորություն` ≥1000 լյուքս ; Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը` 800 մմ, Աշխատանքային բացումը` 200 մմ; Ներքին չափսերը (WxDxH). 1625 × 600 × 660 մմ ; Ընդհանուր չափսերը (WxDxH). 1800 × 755 × 2230 մմ; Չժանգոտվող պողպատից աշխատանքային մակերես; Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ; Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների ոչ պակաս քան 98% կլանմամբ ; Էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց:; Լրակազմ և պարագաներ;

					<p>Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	---