

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	ZENITH LAB(JIANGSU) CO.,LTD, China	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր` արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա ` առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն 15 մլ (Վակուտայներ փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների,

արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով Դռան արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում 18 փորձանոթ էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդտեխստրվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	ZENITH LAB(JIANGSU) CO.,LTD, China	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեդանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների,

արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով Դռան արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում 18 փորձանոթ էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--